

法規名稱	放射性實驗室抽氣設備空氣濾層校驗測試及更換期程標準作業流程	最新修正日期	103/01/17
主管單位	輻射防護委員會	頁碼 / 總頁數	第1頁/共1頁

中山醫學大學放射性實驗室抽氣設備空氣濾層

校驗測試及更換期程標準作業流程

- 第 一 條 放射性實驗室抽氣設備空氣濾層之校驗測試，委由行政院原子能委員會核能研究所執行，其費用依據現行「行政院原子能委員會核能研究所規費收費標準」由學校編列預算支應。
- 第 二 條 空氣濾層之校驗時機如下：
- 1.更換空氣濾層後。
 - 2.操作碘 131、揮發性放射性物質或氣體前。
 - 3.距前次校驗 3 年。
- 第 三 條 空氣濾層更換期程如下：
- 1.濾層壓差低於 20 毫米水柱或高於 60 毫米水柱。
 - 2.校驗測試結果未達標準。

※相關附件： 無

※修正記錄： 102 年 07 月 16 日 101 學年度第 2 學期第 1 次輻射防護會議通過
103 年 01 月 17 日 102 學年度第 1 學期第 1 次輻射防護會議修正通過